



Elbląg, dnia 22.03.2018 r.

Znak sprawy: 01/CR/PZP/2018

## TREŚĆ ZAPYTANIA SKIEROWANEGO DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 22.03.2018 r.

### Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych; Działania 9.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Znak Sprawy: 01/CR/PZP/2018

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmią następująco:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści bieżnie o parametrach:

#### **Komputer treningowy:**

- Całkowita liczba kilometrów: przez wyświetlacz / przez aplikację
- Dowolnie skalowane programy (z różnymi odmianami): przez aplikację w zależności od potrzeb
- Kompatybilny z systemem ...(podana nazwa handlowa) odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany: tak
- Pamięć osób: własny użytkownik przez aplikację
- Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii: tak
- Pomiar tętna: W zestawie czujniki tętna w uchwytach, opcjonalnie pas na klatkę piersiową
- Programy sterowane nachyleniem: Przez aplikację
- Programy sterowane prędkością: Przez aplikację
- Programy sterowane tętnem: Przez aplikację



- Sterowanie parametrami: tak
- Sterowanie ręczne (count-up / count-down): tak
- Wybór kąta nachylenia: Quick Keys
- Wybór prędkości: Quick Keys
- Wyświetlacz: 3 funkcje
- Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia: pojemnościowy wyświetlacz dotykowy, LED + tablet lub smartfon
- Złącze PC: Bluetooth

#### Dane techniczne:

- Klasa DIN EN: DIN EN 957-1/6, klasa HB
- Maks. obciążenie wagowe: 135 kg
- Odstęp między podłożem a bieżnikiem: ok 18 cm
- Program HRC: przez wyświetlacz
- Prędkość min. / maks. km / h: 0,8-20 (0,1 km/h - kroki)
- Regulacja stopnia nachylenia (w %): 0 - 15, sterowany silnikiem
- regulacją pochylenia: tak
- Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM): 4,1 / 5,5
- Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM): 2,2 / 3,0
- Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm): 152 / 51
- Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm): 189 / 84 / 137
- Wymiary po złożeniu w pionie (dł. / sz. / w. w cm): 103 / 84 / 168

#### Wyposażenie:

- Klucz bezpieczeństwa: tak
- Kolor: srebrny / czarny
- Kółka transportowe: System ...(podana nazwa handlowa)
- Pas piersiowy do bezprzewodowego pomiaru częstotliwości uderzeń serca: opcjonalnie
- System amortyzacji: ...(podana nazwa handlowa) (25 mm)
- Wyrównanie wysokości: tak
- Zasilanie sieciowe: 230 V / 50 Hz
- Klawiatura: powierzchnia akrylowa

**Odpowiedź:** Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ minimalne wymagania dotyczące sprzętu i aparatury medycznej będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza każdy sprzęt i aparaturę medyczną każdego producenta spełniające minimalne wymagania określone w w/w Załączniku, co oznacza, że Wykonawca może dostarczyć każdy sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach.

Zmawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany na dalszym etapie postępowania do potwierdzenia oferowanych parametrów w materiałach informacyjnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu  
ul. Królewiecka 15, 82-300 Elbląg  
tel. 55 221-27-54; Fax. 55 221-27-63; [www.centrumrehabilitacji.elblag.pl](http://www.centrumrehabilitacji.elblag.pl) ;  
e-mail: [sekretariat@centrumrehabilitacji.elblag.pl](mailto:sekretariat@centrumrehabilitacji.elblag.pl)



Dyrektor SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu

**Ryszard Werchowski**

SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI  
w Elblągu

*mgr Ryszard Werchowski*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRUM REHABILITACJI  
82-300 ELBLĄG, ul. Królewiecka 15  
☎ 55 221 27 54    📠 55 221 27 63  
NIP 578-25-72-491    REGON 170766279